



SYSTÈME DE SUIVI DE DISPOSITIF DE CORCYM

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Comment accéder au Système de suivi de dispositif de Corcym (1\6)

- Le Système de suivi de dispositif de CORCYM est accessible à l'adresse suivante :
<http://devicetracking.corcym.com/>

- Une notice indiquant l'adresse du Système de suivi de dispositif, ainsi qu'un QR code pointant vers lui, sont inclus dans chaque emballage de dispositif



Comment accéder au Système de suivi de dispositif de Corcym (2\6)

- Le système est également accessible via le site Internet de CORCYM <https://corcym.com/> en sélectionnant l'onglet CONTACT US (Contactez-nous)



CC-MK-001118 A

Comment accéder au Système de suivi de dispositif de CORCYM (3\6)

Activation de compte


- Pour avoir accès au système, vous devez envoyer une demande d'activation de compte à CORCYM en envoyant un e-mail à l'adresse customer.qualityhv@corcym.com depuis votre e-mail professionnel
- Dans la demande, vous devez spécifier la dénomination et l'adresse de votre institution (hôpital/clinique) et le département spécifique dans lequel vous travaillez



Comment accéder au Système de suivi de dispositif de Corcym (4\6)

Activation de compte


- Dès que votre compte est activé, vous recevez un e-mail de Microsoft au nom de CORCYM, dans lequel il vous est demandé d'Accepter l'invitation
- Cliquez sur l'onglet Accept Invitation (Accepter l'invitation)



Comment accéder au Système de suivi de dispositif de Corcym (5\6)

Inscription


- Inscrivez-vous avec l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour demander l'accès au Portail
- Si vous vous inscrivez avec un compte Microsoft, vous serez invité(e) à saisir votre mot de passe.
- Votre mot de passe est celui que vous utilisez pour avoir accès à votre ordinateur portable



Comment accéder au Système de suivi de dispositif de Corcym (6\6)


Inscription

- Si vous vous inscrivez avec un compte autre qu'un compte Microsoft, un code à usage unique sera envoyé dans votre boîte mail
- Saisissez ce code pour vous inscrire




Connexion (1/4)

Une fois inscrit(e), vous pourrez vous connecter dans le système en cliquant sur l'onglet Log In (Connexion) affiché à droite de la page de destination




Connexion (2/4)

Cliquez sur la case Tracking Device (Suivi de dispositif) en haut à gauche de la page




Connexion (3/4)

Au premier accès, vous devrez déclarer avoir lu et accepté la Politique de confidentialité de Corcym. Cela vous sera demandé à la première connexion uniquement.



Connexion (4/4)

Cliquez sur le lien associé pour accéder à la Politique de confidentialité de Corcym, vous devrez ensuite cocher la case pour enregistrer votre déclaration.




CORCYM Privacy Policy.

Fonctions du système

Depuis la page principale, vous pourrez :

- Saisir l'enregistrement d'un nouveau dispositif (onglet gauche)
- Accéder aux enregistrements de dispositifs créés par vous ou d'autres professionnels de santé de votre département qui ont accès au système (onglet droit)



Fonction de saisie de nouveau dispositif



Saisie de nouveau dispositif - Étape 1

- Une fois que vous avez accès à la section Device Entry (Saisie de dispositif) en cliquant sur l'onglet **Start (Démarrer)**, vous serez d'abord invité(e) à saisir les données du patient.
- Veillez à remplir tous les champs obligatoires marqués d'une étoile rouge

The screenshot shows the 'Device Tracking' software interface. At the top, there's a red bar with decorative vertical stripes on the left and a blue bar on the right. Below it is a dark blue header bar with the 'CORCYM' logo and the tagline 'WE TAKE LIFE TO HEART'. The main area has a white background with a navigation bar at the top. The navigation bar consists of four numbered circles: 1. Patient Information Data (highlighted in red), 2. Device Information Data, 3. Implant Information, and 4. Hospital Clinical Data. Below the navigation bar, the title '1. Patient Information Data' is displayed. The form contains seven input fields: 'First name:' with a red asterisk, 'Middle name:', 'Last name:' with a red asterisk, 'Date of Birth:' with a red asterisk and a calendar icon, 'Address:' with a red asterisk, and 'Phone Number:' with a red asterisk. Each field has a placeholder text 'Enter First name' etc. At the bottom left, a button labeled 'Step 2' is visible.

Device Tracking

CORCYM
WE TAKE LIFE TO HEART

1. Patient Information Data 2. Device Information Data 3. Implant Information 4. Hospital Clinical Data

1. Patient Information Data

First name: * Enter First name

Middle name: Enter Middle name

Last name: * Enter Last name

Date of Birth: * dd/MM/yyyy

Address: * Enter Address

Phone Number: * Enter Phone Number

Step 2

Saisie de nouveau dispositif - Étape 1

- Pour insérer la date de naissance du patient, sélectionnez la date appropriée dans le calendrier qui s'affiche en cliquant sur l'icône correspondante
- Vous pouvez facilement naviguer dans le calendrier en cliquant sur l'année indiquée en haut et en utilisant les flèches pour vous déplacer vers les dates antérieures ou postérieures

The image displays two screenshots of the CORCYM Device Tracking software interface, specifically the 'Patient Information Data' step (Step 1).
The left screenshot shows a calendar for February 2023. A red arrow points to the 15th of February. The interface includes fields for First name, Middle name, Last name, Date of Birth (dd/MM/yyyy), Address, and Phone Number. A 'Step 2' button is visible at the bottom.
The right screenshot shows a year selection dialog box titled 'Patient Information Data'. It lists birth years from 1953 to 1972. A red arrow points to the year 1963. The interface also includes fields for First name, Middle name, Last name, Date of Birth (dd/MM/yyyy), Address, and Phone Number. A 'Step 2' button is visible at the bottom. The CORCYM logo is visible in the top right corner of both screenshots.

Saisie de nouveau dispositif - Étape 1

- Pour avancer jusqu'à la section suivante, cliquez sur l'onglet **Step 2 (Étape 2)** en bas à gauche de l'écran

The screenshot shows the 'Device Tracking' software interface. At the top, there's a dark blue header bar with the title 'Device Tracking'. Below it is a navigation bar with four tabs: '1 Patient Information Data' (highlighted with a red circle), '2 Device Information Data', '3 Implant Information', and '4 Hospital Clinical Data'. The main content area is titled '1. Patient Information Data'. It contains six input fields: 'First name:' with placeholder 'Enter First name', 'Middle name:' with placeholder 'Enter Middle name', 'Last name:' with placeholder 'Enter Last name', 'Date of Birth:' with placeholder 'dd/MM/yyyy' and a calendar icon, 'Address:' with placeholder 'Enter Address', and 'Phone Number:' with placeholder 'Enter Phone Number'. A large red arrow points from the bottom left towards the 'Step 2' button at the bottom left of the screen. The 'Step 2' button is a dark blue rectangle with white text.

Device Tracking

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

1. Patient Information Data

First name: * Enter First name

Middle name: Enter Middle name

Last name: * Enter Last name

Date of Birth: * dd/MM/yyyy

Address: * Enter Address

Phone Number: * Enter Phone Number

Step 2

Saisie de nouveau dispositif - Étape 2

- L'Étape 2 exige que vous complétez les informations concernant le dispositif

Device Tracking

CORCYM WE MAKE LIFE BETTER

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

2. Device Information Data

Serial Number: * 2106030048

Manual Entry: 2106030048

Ref: A5-027

Device Model: 2106030053

Was the device implanted?: *

Step 3

Back to Home

Cancel

Serial Number	Ref
2106030048	A5-027
2106030053	M7-023
2106030054	A5-016
2106030055	R5-027
2106030056	M7-031
2106030057	R5-021
2106030058	M7-029
2106030059	F7-023
2106030060	F7-033

Saisie de nouveau dispositif - Étape 2

- Au cas où le numéro de série de votre dispositif n'apparaît pas, vous pouvez l'ajouter manuellement en sélectionnant l'option correspondante

The screenshot shows a software interface for 'Device Tracking'. At the top, there's a navigation bar with the CORGYM logo and a search bar. Below the header, there are three tabs: 'Patient Information Data' (circled in red), 'Device Information Data' (circled in red), and 'Implant Information'. The 'Device Information Data' tab is active. The main section is titled '2. Device Information Data'. It contains fields for 'Serial Number:' with an input field labeled 'Enter Serial Number', 'Manual Entry:' with a checkbox, 'Ref:', 'Device Model:', and 'Was the device implanted?'. A red arrow points to the 'Enter Serial Number' input field. At the bottom left, there's a 'Step 3' button.

Saisie de nouveau dispositif - Étape 2

- Pour l'action suivante, vous devez confirmer si le dispositif a été implanté
- Pour cela, sélectionnez YES (OUI) ou NO (NON) dans le menu déroulant qui s'ouvre en cliquant sur la flèche dans la case correspondante

Device Tracking

CORCYM
WE TAKE LIFE TO HEART

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

2. Device Information Data

Serial Number: *

Manual Entry:

Ref:

Device Model:

Was the device implanted?: * 

YES

NO

Step 3

Back to Home

Cancel



Saisie de nouveau dispositif - Étape 2

- Si vous sélectionnez NO (NON), vous devrez spécifier la raison pour laquelle le dispositif n'a pas été implanté
- Cliquez sur la flèche dans la case correspondante et sélectionnez celui qui s'applique dans le menu déroulant qui s'affiche

Device Tracking

CORCYM

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

2. Device Information Data

Serial Number: Manual Entry: Ref: CP-023
Device Model: CARBO-SEAL VALSALVA AORTIC 23M

Was the device implanted?: NO Reason for not-implant:

Step 3

Failure to implant - MIS-SIZING
Failure to implant - OTHER
VALVE REPAIR CHANGED TO VALVE REPLACEMENT
LABELLING ISSUES
OTHER (DEVICE DID NOT GET IN CONTACT WITH PATIENT)

Back to Home Cancel

Saisie de nouveau dispositif - Étape 2

- Pour avancer jusqu'à la section suivante, cliquez sur l'onglet **Step 3 (Étape 3)** en bas à gauche de l'écran

Device Tracking

CORCYM
WE TAKE LIFE TO HEART

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

2. Device Information Data

Serial Number: * 2106030058

Manual Entry:

Ref: M7-029

Device Model: STANDARD MITRAL VALVE, SIZE 29

Was the device implanted?: * YES

Step 3

Back to Home Cancel



Conseils de navigation

- La barre en haut de l'écran indique votre avancement dans le processus
- Les nombres qui identifient les sections que vous avez déjà éditées, vont devenir rouges tandis que l'étape actuelle sur laquelle vous travaillez sera soulignée et mise en évidence en gras
- Au cas où vous devez ajouter ou modifier des informations dans les précédentes sections, vous pouvez revenir en cliquant sur le numéro correspondant jusqu'à ce que vous entrez en phase Review (révision).




Précédentes sections
accessibles en sélectionnant le
numéro correspondant

Section actuelle sur
laquelle vous êtes en
train de travailler

Remarque importante

- Assurez-vous d'avoir toutes les données nécessaires sous la main en enregistrant une entrée de dispositif car vous ne serez pas autorisé(e) à sauvegarder des ébauches et les compléter ultérieurement
- Au bout de 15 minutes d'inactivité, une fenêtre contextuelle signalera que vous serez déconnecté(e) dans 2 minutes
- Cliquez sur l'onglet **Continue Working (Poursuivre le travail)** avant la fin de la minuterie pour éviter la perte des données



Saisie de nouveau dispositif - Étape 3

- L'étape 3 est destinée à l'enregistrement des Informations sur l'implant

Device Tracking

 CORCYM
WE TAKE LIFE TO HEART

1 Patient Information Data ————— 2 Device Information Data ————— 3 Implant Information ————— 4 Hospital Clinical Data

3. Implant Information

Implant Type:

Implant Date: * 

Implanting Physician: *

New Physician Flag:

Step 4

 Back to Home Cancel

Saisie de nouveau dispositif - Étape 3

- Sélectionnez l'option de type d'implant applicable dans le menu déroulant

Device Tracking

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

3. Implant Information

Implant Type:

Implant Date: *

Implanting Physician: *

New Physician Flag:

Step 4

CORCYM one heart. one team. one health.

Device Tracking

1 Patient Information Data 2 Device Information Data 3 Implant Information 4 Hospital Clinical Data

3. Implant Information

Implant Type:

Implant Date: *

Implanting Physician: *

New Physician Flag:

Step 4

Back to Home

Cancel

- Sélectionnez la date d'implantation dans le calendrier qui s'affiche en cliquant sur l'icône correspondante

Saisie de nouveau dispositif - Étape 3

- Une fonction de recherche est disponible pour télécharger le nom du Médecin pratiquant l'implantation

Device Tracking

CORCYM WE TAKE LIFE TO THE HEART

1 Patient Information Data ————— 2 Device Information Data ————— 3 Implant Information ————— 4 Hospital Clinical Data

3. Implant Information

Implant Type: MITRAL

Implant Date: * 15/02/2023

Implanting Physician: * Enter Implanting Physician

New Physician Flag:

Device Tracking

CORCYM WE TAKE LIFE TO THE HEART

1 Patient Information Data ————— 2 Device Information Data ————— 3 Implant Information ————— 4 Hospital Clinical Data

Implant Type: MITRAL

Implant Date: * 15/02/2023

Implanting Physician: *

New Physician Flag:

Physician Name and Surname:

Physician Address / Telephone number:

Physician Country: *

Step 4

Cancel

Back to Home

CC-MK-001118 A

• Si le médecin pratiquant l'implantation n'apparait pas dans la liste, cochez la case New Physician Flag (Pavillon de nouveau médecin) et complétez les données requises

Saisie de nouveau dispositif - Étape 4

- L'étape 4 va afficher le nom et l'adresse de votre hôpital
- Vous pouvez ajouter le numéro d'inscription de votre hôpital

Device Tracking

CORCYM

Patient Information Data

Device Information Data

Implant Information

Hospital Clinical Data

4. Hospital Clinical Data

Hospital File Number:

Hospital Name: GRANDVIEW MEDICAL CENTER

Hospital Address: 3690 GRANDVIEW PARKWAY

Country: US

State: AL

City: BIRMINGHAM

Review

Back to Home

Cancel

La prochaine étape consiste à se rendre jusqu'à la phase Review (Révision) en cliquant sur l'onglet correspondant

Section Révision

- La page Review (Révision) donne un aperçu de toutes les informations incluses dans chaque section
- Au cas où vous devriez ajouter ou modifier des données, accédez à la section en question en cliquant sur l'onglet **Edit (Éditer)** à droite

The screenshot shows the CORCYM Device Tracking software interface. It displays four sections of data:

- 1. Patient Information Data:**
 - First name: Test
 - Middle name: Test 1
 - Date of Birth: 02/01/1940
 - Address: Address test
 - Phone Number: 0111111111
 - Social Security Number:
 - Date Of Death:
 - Patient Status:
- 2. Device Information Data:**
 - Serial Number: 2106030048
 - Ref: A5-027
 - Device Model: STANDARD AORTIC VALVE, SIZE 27
 - Manufacturer:
 - Was the device implanted?: YES
- 3. Implant Information:**
 - Implant Type: AORTIC
 - Implant Date: 15/02/2023
 - Implanting Physician: xx yy
 - Physician Name and Surname: xx yy
 - Physician Address Country: Physician address / 01010101
 - Physician Country: US
- 4. Hospital Clinical Data:**

A red arrow points to the "Edit" button located in the Device Information Data section.

Section Révision

- Une fois que vous avez modifié le ou les champs considérés, cliquez sur l'onglet **Review (Révision)** en bas à gauche pour accéder à nouveau à l'écran Review (Révision)
- Vous devrez peut-être descendre en bas de la page pour afficher l'onglet **Review (Révision)**

Device Tracking

 CORCYM
WE TAKE LIFE TO HEART

1 Patient Information Data ————— 2 Device Information Data ————— 3 Implant Information ————— 4 Hospital Clinical Data

4. Hospital Clinical Data

Hospital File Number:

Hospital Name: * RICHARD L ROUDEBUSH VA MEDICAL CTR

Hospital Address: 1481 W 10TH ST

Country: US


State: IN

City: INDIANAPOLIS



Section Révision - Remarque

- Si vous appuyez sur l'onglet **Back to Home (Retour à l'accueil)** par erreur, vous serez dirigé(e) vers la page principale

A screenshot of the "New Device Entry" form. The top navigation bar has tabs: 1. Patient Information Data, 2. Device Information Data, 3. Implant Information, and 4. Hospital Clinical Data (which is active). The form fields include:

- Hospital File Number: Enter Hospital File Number
- Hospital Name: RICHARD L ROUDEBUSH VA MEDICAL CTR
- Hospital Address: 1481 W 10TH ST
- Country: US
- State: IN
- City: INDIANAPOLIS

A red arrow points from the "Back to Home" button at the bottom left of the main interface towards this screenshot.

- En accédant à la Section de saisie de nouveau dispositif (New Device Entry), vous serez dirigé(e) vers la section que vous étiez en train de modifier

Comment soumettre l'enregistrement de dispositif

Une fois que vous êtes prêt(e) à soumettre l'enregistrement, cliquez sur **Save (Enregistrer)** sur le menu en bas à droite

Device Tracking

Edit

3. Implant Information

Implant Type: AORTIC
Implant Date: 15/02/2023
Implanting Physician: xx yy
Physician Name and Surname: xx yy
Physician Address Country: Physician address / 01010101
Physician Country: US

4. Hospital Clinical Data

Hospital File Number:
Hospital Name:
Hospital Address:
Country: US
State: IN
City: INDIANAPOLIS


Edit

Save Cancel

javascript:void(0)


Comment soumettre l'enregistrement de dispositif

- Comme cette action est irréversible, une fenêtre contextuelle avec message d'avertissement s'affiche
- Sélectionnez NO (NON) si vous voulez refaire une nouvelle révision, YES (OUI) pour soumettre votre enregistrement. Un message confirmera que l'enregistrement a été enregistré avec succès.



NOTE : Une fois qu'un enregistrement a été soumis, vous n'avez plus la possibilité d'appliquer des modifications. Au cas où vous avez besoin de corriger ou d'ajouter des informations, contactez Corcym via les Contacts indiqués à la fin de ce document

Fonction de liste de dispositifs existants



Page principale de liste de dispositifs existants

En entrant dans la Liste de dispositifs existants, vous accéderez à tous les enregistrements créés par vous ou d'autres professionnels de santé dans votre département qui ont accès au système

The screenshot shows a web-based application titled "Device Tracking". At the top, there are search fields for "First Name", "Last Name", "Date of Birth" (dd/MM/yyyy), "Serial Number", "Device Model", and "Country", along with "Go" and "Restore" buttons. The main area is a table listing 20 entries of medical devices. Each entry includes columns for First Name, Last Name, Date of Birth, Serial Number, Manual Entry (checkbox), Device Model, and Country. The table has a dark header and light rows. The "Device Model" column lists various types of valves, such as PVS 21MM PERCEVAL VLV SML, STANDARD MITRAL VALVE, SIZE 27, etc. The "Country" column consistently shows "US". The last row of the table is for a device with Serial Number B06093.

First Name	Last Name	Date of Birth	Serial Number	Manual Entry	Device Model	Country
KIMBERLY	DAUFEN	30/11/1955	A96679	<input type="checkbox"/>	PVS 21MM PERCEVAL VLV SML	US
SILVIO	ORLANDO	08/02/1978	2101070086	<input type="checkbox"/>	STANDARD MITRAL VALVE, SIZE 27	BE
PATRICK	SHARPE	11/05/1948	A97104	<input type="checkbox"/>	PVS 27MM PERCEVAL VLV XLARGE	US
JOHN	QUIGLEY	25/04/1958	A08431	<input type="checkbox"/>	PVS 25MM PERCEVAL VLV LARGE	US
DEBORAH	ZULTZ	15/02/1957	A98532	<input type="checkbox"/>	PVS 27MM PERCEVAL VLV XLARGE	US
JAN	HOWARD	15/02/1954	A99336	<input type="checkbox"/>	PVS 25MM PERCEVAL VLV LARGE	US
DONNA	WAHL	16/12/1948	A99984	<input type="checkbox"/>	PVS 21MM PERCEVAL VLV SML	US
CHRISTINE	GUNTRIES	12/12/1956	B00953	<input type="checkbox"/>	PVS 21MM PERCEVAL VLV SML	US
EDITH	WILLIAMS	21/06/1941	B01817	<input type="checkbox"/>	PVS 21MM PERCEVAL VLV SML	US
JESIMIEL	ALCOMBRACK	24/11/1994	B02104	<input type="checkbox"/>	PVS 25MM PERCEVAL VLV LARGE	US
MICHAELA	GARCIA-ALANIS	11/04/1949	B02312	<input type="checkbox"/>	PVS 21MM PERCEVAL VLV SML	US
FEDERICO	LOPEZ	26/11/1954	B02800	<input type="checkbox"/>	PVS 27MM PERCEVAL VLV XLARGE	US
MOISES	KAUFMAN	03/10/1943	B04836	<input type="checkbox"/>	PVS 27MM PERCEVAL VLV XLARGE	US
MICAEALA	CERVANTES	06/04/1961	B05561	<input type="checkbox"/>	PVS 23MM PERCEVAL VLV MEDIUM	US
ROBERT	NEWHEY	13/09/1944	B05567	<input type="checkbox"/>	PVS 23MM PERCEVAL VLV MEDIUM	US
EUGENIA	IGLESIAS	16/11/1943	B05572	<input type="checkbox"/>	PVS 23MM PERCEVAL VLV MEDIUM	US
KATHIE	GUSSING	23/08/1958	B05756	<input type="checkbox"/>	PVS 23MM PERCEVAL VLV MEDIUM	US
ROBERT	MACKAY	08/11/1942	B06093	<input type="checkbox"/>	PVS 25MM PERCEVAL VLV LARGE	US

Page principale de liste de dispositifs existants

- Depuis le menu en haut de la page, vous pouvez rechercher un enregistrement spécifique par numéro de série, nom de patient ou date de naissance. Vous pouvez aussi effectuer un filtrage par modèle de dispositif.
- Pour effectuer une recherche, insérez les données dans la case appropriée et cliquez sur l'onglet **Go (Exécuter)**.
- Cliquez sur l'onglet **Restore (Restaurer)** pour afficher tous les enregistrements après une recherche

Device Tracking



First Name:	Last Name:	Date of Birth:	Serial Number:	Device Model:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> dd/MM/yyyy 	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Country:	 					
First Name	Last Name	Date of Birth	Serial Number	Manual Entry	Device Model	Country

Carte du patient

- En accédant à un enregistrement spécifique, vous pourrez exporter la carte du Patient au format pdf.
- Pour exporter la carte, cliquez sur l'onglet correspondant en bas à droite.
- La carte du Patient est disponible en anglais et en français.

Device Tracking

1. Patient Information Data

First Name:	TEST
Middle Name:	
Last Name:	TEST 1
Date of Birth:	02/01/1940
Address:	ADDRESS TEST
Phone Number:	0111111111

2. Device Information Data

Serial Number:	2106030048
Manual Entry:	<input type="checkbox"/>
Ref:	A5-027
Device Model:	STANDARD AORTIC VALVE, SIZE 27
Was the device implanted?	YES

[Back](#) [Export Card](#) [Export PDF](#)



Comptes-rendus

- En cliquant sur l'onglet **Export PDF (Exporter en PDF)**, un fichier pdf incluant toutes les informations contenues dans l'enregistrement spécifique auquel vous avez eu accès va être généré et sera disponible à la sauvegarde ou à l'impression.

Device Tracking

1. Patient Information Data

First Name: TEST
Middle Name:
Last Name: TEST 1
Date of Birth: 02/01/1940
Address: ADDRESS TEST
Phone Number: 0111111111

2. Device Information Data

Serial Number: 2106030048
Manual Entry:
Ref: A5-027
Device Model: STANDARD AORTIC VALVE, SIZE 27
Was the device implanted? YES

[Back](#) [Export Card](#) [Export PDF](#)



Contacts

Pour toute demande concernant le Système de suivi de dispositif de Corcym ou si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Envoyez un e-mail à customer.qualityhv@corcym.com
- Appelez le **1-866-691-0033** pour les États-Unis ou **1-832-699-1232** (ON/QC) pour le Canada